

**FORMULAR**  
**Täglicher Test der Befundungsmonitore laut EUREF-Ö mit AAPM-Testbild**

Standort:

Serien-Nr. (linker Monitor):

Monat:

Monitor Hersteller/Typenbezeichnung:

Serien-Nr. (rechter Monitor):

Jahr:

Datum:	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.		
Prüfer (Kürzel)																																	
linker Monitor																																	
1 Graustufen																																	
2 5%, 95%																																	
3 komplett																																	
4 Modulation																																	
5 NK-Schrift																																	
6 NK-Ecken																																	
7 Fehlstellen																																	
8 grfl.Artefakte																																	
<b>GESAMTBEURTEILUNG</b>																																	

rechter Monitor																																	
1 Graustufen																																	
2 5%, 95%																																	
3 komplett																																	
4 Modulation																																	
5 NK-Schrift																																	
6 NK-Ecken																																	
7 Fehlstellen																																	
8 grfl.Artefakte																																	
<b>GESAMTBEURTEILUNG</b>																																	

Bezug auf F 9446 Anleitung für die Durchführung eines täglichen Tests von Befundungsmonitoren laut EUREF-Ö mit AAPM-Testbild  
 erstellt Susanne Menhart 12.12.16; fachlich geprüft Friedrich Semturs 13.12.16; QM-geprüft Bernd Hiegesberger 13.12.16; freigegeben Christian Katzlberger 14.12.16; Vorlage: 5838\_4  
 Vorlage: 5838\_3